



<http://www.synergyhealthplc.com>

## CERTIFICAT DE TRAITEMENT PAR RAYONNEMENT GAMMA

Date d'émission: 19-Jun-2015

FR01S11407827-1-1

Nous, soussignés, Synergy Health Marseille, certifions avoir, lorsque cela est approprié, traité par rayonnement gamma conformément aux exigences de :

La norme EN ISO 11137-1:2006 Stérilisation des Produits de Santé  
 La norme EN ISO 9001:2008 Systèmes de Management de la Qualité  
 La norme EN ISO 13485:2012 Systèmes Qualité - Dispositifs Médicaux

BIOTIC PHOCEA  
 150, rue de Crimée  
 13003 MARSEILLE  
 FRANCE

### Description Commande

Numéro de compte client:	104468
N° article Synergy Health:	1023313
Référence(s) client :	2015-04-96-13ML - 12/06/2015
Description du produit :	397308F - DISPERSION PIGMENTAIRE DE 13ML
Quantité :	1
Dose Minimum (prescrite par le client) en kGy:	25,0
Dose Maximum (prescrite par le client) en kGy:	35,0
N° de lot client :	(1c)

### Données du Traitement

Date et Heure d'irradiation :	19-JUN-2015 08:43
Dose Minimum calculée en kGy :	28,3
Dose Maximum calculée en kGy :	31,7

Libération du traitement autorisée par Synergy Health PLC

Siège social: M.I.N. 712 - Arnavaux, 13323 Marseille Cedex 14, FRANCE

N° TVA: FR59 343 092 540

Page n ° 1 sur 1